

Số: 137../TM-VT&TTB

Thái Bình, ngày 30 tháng 02 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Nhằm phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Mua sắm máy xét nghiệm hóa sinh bán tự động, máy xét nghiệm nước tiểu. Nhà trường kính mời các công ty, đơn vị có khả năng và đủ điều kiện theo quy định tham gia gửi báo giá gói thầu nêu trên, cụ thể:

I. Thông tin về yêu cầu của gói thầu cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Cấu hình, đặc tính kỹ thuật
1	Máy xét nghiệm hóa sinh bán tự động	Máy	01	Theo phụ lục đính kèm
2	Máy xét nghiệm nước tiểu	Máy	01	Theo phụ lục đính kèm

II. Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ yêu cầu về chào giá cạnh tranh của bên mời thầu:

Kính mời các công ty, đơn vị có khả năng cung cấp đáp ứng theo thông tin cụ thể nêu trên và có tên trên **Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia**; gửi báo giá về Trường Đại học Y Dược Thái Bình theo thông tin sau:

Đơn vị tiếp nhận: Phòng Vật tư & trang thiết bị- Trường Đại học Y Dược Thái Bình – ĐT: 02273.838545 – 113 hoặc Email: vuthanhtus@tbmc.edu.vn

Địa chỉ: Số 373, Đường Lý Bôn, Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

Thời gian: trước 16 h ngày 24/2/2025

Lưu ý: Giá của gói thầu là giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, cài đặt... tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Hiệu lực của báo giá tối thiểu 30 ngày.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Lưu VT, VT&TTB;
- Đăng trên website Trường.

U. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

Phụ lục: Công văn số : 117./TM-VT&TTB ngày 20..tháng 02...năm 2025

I. YÊU CẦU CHUNG : Máy xét nghiệm hóa sinh bán tự động

- Sản xuất năm 2024 trở đi, máy mới 100%. Còn nguyên đai nguyên kiện của nhà sản xuất, đúng nguồn gốc xuất xứ.
- Đã được nhiệt đới hóa, đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn Y tế ISO 9001, ISO 13485, CE 0123..
- Điện nguồn sử dụng: 220 V, 50 Hz.
- Điều kiện môi trường làm việc:
- + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$. Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$

II. CẤU HÌNH KỸ THUẬT

- 01 Thân máy chính có màn hình hiển thị
- 01 Máy in nhiệt (tích hợp sẵn)
- 01 Flowcell (tích hợp sẵn)
- 01 Dây nguồn
- 01 Dây tiếp đất
- 01 Cuộn giấy in nhiệt
- 01 Bút cảm ứng
- 01 Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh
- 01 Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt
- Bộ hóa chất chính hãng: GOT, GPT, Glucose.

III. YÊU CẦU CHUNG Máy xét nghiệm nước tiểu

- Sản xuất năm 2024 trở đi, máy mới 100%. Còn nguyên đai nguyên kiện của nhà sản xuất, đúng nguồn gốc xuất xứ.
- Đã được nhiệt đới hóa, đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn Y tế ISO 9001, ISO 13485, CE 0123..
- Điện nguồn sử dụng: 220 V, 50 Hz.
- Điều kiện môi trường làm việc:
- + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$. Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$

IV. CẤU HÌNH:

- 01 Thân máy chính
- 01 Dây nguồn
- 01 Máy in nhiệt (tích hợp sẵn)
- 01 Hộp que thử nước tiểu
- 01 Giấy in nhiệt
- 01 Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh
- 01 Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt
-